

检测报告

报告编号：260227-04-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260227-04-01	样品规格	10 袋/盒
样品名称	7.5% 氯化钠肉汤	样品货号	SD-002
样品批号	260227	检测日期	2026.3.2-3.5
检验依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色液体，无肉眼可见杂质		淡黄色液体，无肉眼可见杂质		
	分装量		225.4mL		225ml ± 5mL		
	pH 值		7.27		7.4 ± 0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性增菌	生长率		金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	多不可计	在 Baird-Parker 上 > 10 CFU	菌落黑色突起，周围有一浑浊带，在其外层有一透明圈
			36°C ± 1°C 18h ~ 24h	大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	在 TSA 上 < 100 CFU	—
		选择性					
	以下为空白						

检验： 9月11日
日期： 2026.3.5

