无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号：230613-04-01　　共1页，第1页

样品编号	230613-04-01	样品规格	10袋/盒
样品名称	李斯特增菌肉汤（LB1）	样品货号	SD-005
样品批号	230613	检测日期	2023.6.14-6.16
检测依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	淡黄色液体，有淡紫色荧光	淡黄色液体，有淡紫色荧光
	分装量	225.0mL	225mL±5mL
	pH值	7.33	7.3±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性增菌	生长率	30℃±1℃ 18h～24h	单核细胞增生李斯特氏菌ATCC19115＋大肠埃希氏菌ATCC25922＋粪肠球菌ATCC29212	＞10CFU	在PALCAM上＞10CFU，培养基变黑	灰色至黑色菌落，带有黑色晕圈
		选择性		大肠埃希氏菌ATCC25922	0	在TSA上＜100CFU	—
				粪肠球菌ATCC29212	0		
				以下为空白			

检验：张佳

日期：2023.6.16

复核：[illegible]

日期：2023.6.16

无锡赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章