

检测报告

报告编号: 260403-01-01

共 1 页, 第 1 页

样品编号	260403-01-01	样品规格	10 袋/盒
样品名称	志贺氏菌增菌肉汤	样品货号	SD-006
样品批号	260403	检测日期	2026.4.8-4.10
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明: 根据客户要求完成检测结果, 检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色液体, 澄清透明		淡黄色液体, 澄清透明		
	分装量		225mL		225mL±5mL		
	pH 值		7.12		7.0±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性增菌	生长率	41.5°C±1°C 16h~20h 厌氧培养	福氏志贺氏菌 CMCC(B) 51572	>10CFU	在 XLD 上 >10CFU	无色至粉红色半透明菌落
		选择性		金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	0	在 TSA 上 <100CFU	—

		以下为空白					

检验: 711011

日期: 2026.4.10

