无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号：230331-02-01　　共 1 页，第 1 页

样品编号	230331-02-01	样品规格	20 支/盒
样品名称	0.85%生理盐水	样品货号	SD-007A
样品批号	230331	检测日期	2023.4.4-4.5
检验参考依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	无色透明液体	无色透明液体
	分装量	10mL	10mL±0.1mL
	pH 值	—	—
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	悬浮培养基	生长率	20℃±25℃ 45min	大肠埃希氏菌 ATCC25922	9.2%	接种前后菌落数变化在±50%	—
				金黄色葡萄球菌 ATCC6538	-3.6%		
				以下为空白			

检测：卢伟伟

日期：2023.4.5

复核：孔建

日期：2023.4.5

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章