检测报告

报告编号：230512-04-01　　共 1 页，第 1 页

样品编号	230512-04-01	样品规格	20 支/盒
样品名称	亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）	样品货号	SD013C
样品批号	230512	检测日期	2023.5.16-5.18
检测依据	GB 4789.28-2013、《中国药典》（2020 版）四部 通则 0631		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	淡黄色液体，澄清透明	淡黄色液体，澄清透明
	分装量	10mL	10mL±0.1mL
	pH 值	7.05	7.0±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性增菌	生长率	36 ℃ ± 1 ℃ 18h～24h	鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028 ＋大肠埃希氏菌 ATCC25922 ＋铜绿假单胞菌 ATCC27853	＞10CFU	在 XLD 上 ＞10CFU	菌落无色半透明，有黑心
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC25922	0	在 TSA 上 ＜100CFU	—
				粪肠球菌 ATCC29212	0		
				以下为空白			

检验：　　复核：

日期：2023.5.18　　日期：2023.5.18

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章