检测报告

报告编号：231031-02-01　　共1页，第1页

样品编号	231031-02-01	样品规格	20支/盒
样品名称	亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）	样品货号	SD013C
样品批号	231031	检测日期	2023.11.1-11.3
检测依据	GB 4789.28-2013、《中国药典》（2020版）四部 通则0631		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	淡黄色液体，澄清透明	淡黄色液体，澄清透明
	分装量	10mL	10mL±0.1mL
	pH值	7.04	7.0±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性增菌	生长率	36℃±1℃ 18h～24h	鼠伤寒沙门氏菌ATCC14028＋大肠埃希氏菌ATCC25922＋铜绿假单胞菌ATCC27853	＞10CFU	在XLD上＞10CFU	菌落无色半透明，有黑心
		选择性		大肠埃希氏菌ATCC25922	0	在TSA上＜100CFU	—
				粪肠球菌ATCC29212	0		
				以下为空白			

检验：丁伟伟　　复核：[illegible]

日期：2023.11.3　　日期：2023.11.3

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章