# 检测报告

**报告编号：240131-02-01** **共1页，第1页**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **样品编号** | 240131-02-01 | **样品规格** | 20支/盒 |
| **样品名称** | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC） | **样品货号** | SD013C |
| **样品批号** | 240131 | **检测日期** | 2024.2.1-2.3 |
| **检测依据** | GB 4789.28-2013、《中国药典》（2020版）四部 通则0631 | | |

**声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。**

**检测结果**

| | 检测项目 | 结果 | 参考范围 |
|---|---|---|---|
| **基本要求** | 外观 | 淡黄色液体，澄清透明 | 淡黄色液体，澄清透明 |
| | 分装量 | 10mL | 10mL±0.1mL |
| | pH值 | 7.05 | 7.0±0.2 |
| | 微生物污染 | 无杂菌生长 | 无污染 |

| | 功能学分类 | 质控指标 | 培养条件 | 质控菌株 | 结果 | 评定标准 | 特征反应 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **微生物学要求** | 选择性增菌 | 生长率 | 36℃±1℃ 18h～24h | 鼠伤寒沙门氏菌ATCC14028＋大肠埃希氏菌ATCC25922＋铜绿假单胞菌ATCC27853 | ＞10CFU | 在XLD上＞10CFU | 菌落无色半透明，有黑心 |
| | | 选择性 | | 大肠埃希氏菌ATCC25922 | 0 | 在TSA上＜100CFU | — |
| | | | | 粪肠球菌ATCC29212 | 0 | | |
| | | | | 以下为空白 | | | |

**检验：** 张伟伟

**日期：** 2024.2.3

**复核：** 贺梦琳

**日期：** 2024.2.3

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章