

检测报告

报告编号：260224-02-01

共 1 页，第 1 页

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 样品编号 | 260224-02-01 | 样品规格 | 20 支/盒 |
| 样品名称 | RVS 肉汤 | 样品货号 | SD-024C |
| 样品批号 | 260224 | 检测日期 | 2026.2.25-2.27 |
| 检测依据 | GB4789.28-2024 | | |

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

| 检测结果 | | | | | | | |
|--------|-------|----------------|---------------|----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| 基本要求 | 检测项目 | | 结果 | | 参考范围 | | |
| | 外观 | | 蓝色液体，澄清透明 | | 蓝色液体，澄清透明 | | |
| | 分装量 | | 10mL | | 10mL±0.1mL | | |
| | pH 值 | | 5.27 | | 5.2±0.2 | | |
| | 微生物污染 | | 无杂菌生长 | | 无污染 | | |
| 微生物学要求 | 功能学分类 | 质控指标 | 培养条件 | 质控菌株 | 结果 | 评定标准 | 特征反应 |
| | 选择性增菌 | 生长率 | 42℃±1℃ 24h | 肠沙门氏菌肠亚种 鼠伤寒血清型 ATCC 14028 | >10CFU | 在 XLD 上 >10CFU | 菌落无色半透明， 有黑心 |
| | | 选择性 | | 大肠埃希氏菌 ATCC 25922 | 0 | 在 TSA 上 <100CFU | — |
| | | 选择性 | | 粪肠球菌 ATCC 29212 | 0 | | |
| | | ----- 以下为空白 | | | | | |

检验： 叶伟伟
日期： 2026.2.27

