无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号：230822-04-01　　共 1 页，第 1 页

样品编号	230822-04-01	样品规格	10 袋/盒
样品名称	Half Fraser 肉汤 /FB1	样品货号	SD-027
样品批号	230822	检测日期	2023.8.23-8.25
检测依据	SN/T 0184.3-2008		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	淡黄色液体，有淡紫色荧光	淡黄色液体，有淡紫色荧光
	分装量	225.0mL	225mL±5mL
	pH 值	7.27	7.2±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性增菌	生长率	30 ℃ ± 1 ℃ 25h±1h	单核细胞增生李斯特氏菌 ATCC19115 ＋大肠埃希氏菌 ATCC25922 ＋粪肠球菌 ATCC29212	培养基变黑	培养基变黑	—
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC25922	0	在 TSA 上＜100CFU	—
				粪肠球菌 ATCC29212	0		
				以下为空白			

检验：孙莲　　复核：王伟伟

日期：2023.8.25　　日期：2023.8.25

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章