

检测报告

报告编号：260312-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260312-03-01	样品规格	10 袋/盒
样品名称	Half Fraser 肉汤 /FB1	样品货号	SD-027
样品批号	260312	检测日期	2026.3.12-3.14
检测依据	SN/T 0184.3-2008		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色液体, 有淡紫色荧光		淡黄色液体, 有淡紫色荧光		
	分装量		225.1mL		225mL±5mL		
	pH 值		7.29		7.2±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性增菌	选择性	30℃±1℃ 24h-48h	单核细胞增生李斯特氏菌 ATCC 19115	培养基变黑	培养基变黑	—
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	在 TSA 上< 100 CFU	—
				粪肠球菌 ATCC 29212	17		
				以下为空白			

检验：Y120110

日期：2026.3.14

