

检测报告

报告编号：260320-02-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260320-02-01	样品规格	20 支/盒
样品名称	FB2 增菌液	样品货号	SD-027C
样品批号	260320	检测日期	2026.3.24-3.26
检测依据	SN/T 0184.3-2008		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		褐色液体, 澄清透明		褐色液体, 澄清透明		
	分装量		10mL		10mL±0.1mL		
	pH 值		7.12		7.2±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
		生长率		单核细胞增生李斯特氏菌 ATCC 19115	>10CFU	在 PALCAM 上 > 10CFU, 培养基变黑	灰色至黑色菌落, 带有黑色晕圈
	选择性增菌		30℃±1℃ 24h±2h	大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	在 TSA 上 < 100CFU	—
		选择性		粪肠球菌 ATCC 29212	15		

以下为空白							

检验：曾梦珂

日期：2026.3.26

复核：[Signature]
日期：2026.3.26

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心