无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号：230907-06-01　　共1页，第1页

样品编号	230907-06-01	样品规格	20支/盒
样品名称	0.1%煌绿	样品货号	SD-207
样品批号	230907	检测日期	2023.9.12-9.14
检测依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。
样品按要求配置成培养基后进行微生物学测试

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	蓝绿色液体	蓝绿色液体
	分装量	100mL	100mL±5mL
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性增菌	生长率	42℃±1℃ 18h～24h	鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028 ＋大肠埃希氏菌 ATCC25922 ＋铜绿假单胞菌 ATCC27853	多不可计	在XLD上 ＞10CFU	菌落无色半透明，有黑心
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC25922	0	在TSA上 ＜100CFU	—
				粪肠球菌 ATCC29212	0		
				以下为空白			

检验：张辽

日期：2023.9.14

复核：[illegible]

日期：[illegible]

无锡赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章