无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号：230614-03-01　　共1页，第1页

样品编号	230614-03-01	样品规格	500mL/瓶
样品名称	0.85%生理盐水	样品货号	SD-302A
样品批号	230614	检测日期	2023.6.15-6.16
检验参考依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目			结果		参考范围	
	外观			无色透明液体		无色透明液体	
	分装量			500mL		500mL±10mL	
	pH值			—		—	
	微生物污染			无杂菌生长		无污染	
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	悬浮培养基	生长率	20℃±25℃ 45min	大肠埃希氏菌 ATCC25922	15.4%	接种前后菌落数变化在±50%	—
				金黄色葡萄球菌 ATCC6538	32.5%		
				以下为空白			

检测：孔佳

日期：2023.6.16

复核：严伟伟

日期：2023.6.16

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章