无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号：230912-03-01　　共1页，第1页

样品编号	230912-03-01	样品规格	500mL/瓶
样品名称	胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	样品货号	SD-303A
样品批号	230912	检测日期	2023.9.13-9.14
检测依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果				
基本要求	检测项目		结果	参考范围
	外观		淡黄色液体，澄清透明	淡黄色液体，澄清透明
	分装量		500mL	500mL±5mL
	pH 值		7.26	7.3±0.2
	微生物污染		无杂菌生长	无污染
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果
	非选择性增菌	生化特性	36 ℃ ± 1 ℃ 18~24h	大肠埃希氏菌 ATCC25922	浑浊
				粪肠球菌 ATCC 29212	,浑浊
				以下为空白	

检验：邓迪　　复核：[illegible]

日期：2023.9.14　　日期：2023.9.14

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章