无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号：230915-05-01　　共 1 页，第 1 页

样品编号	230915-05-01	样品规格	200mL/瓶
样品名称	硫乙醇酸盐流体培养基	样品货号	SD-305B
样品批号	230915	检测日期	2023.9.16-9.19
检测依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果				
	检测项目		结果	参考范围
基本要求	外观		淡黄色液体，澄清透明	淡黄色液体，澄清透明
	分装量		200mL	200mL±5mL
	pH 值		7.22	7.1±0.2
	微生物污染		无杂菌生长	无污染
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果
	非选择性增菌	生化特性	36 ℃ ± 1 ℃ 24~72h	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	在试管中呈颗粒状生长
				产气荚膜梭菌 ATCC 13124	在试管氧化层以下呈条状生长，产气
				铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104	在试管表层生长,浑浊
				以下为空白	

检验：刘莹

日期：2023.9.19

复核：[illegible]

日期：2023.9.19

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章