

检测报告

报告编号：260407-02-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260407-02-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	血琼脂平板	样品货号	SP-001
样品批号	260407	检测日期	2026.4.8-4.9
检测依据	GB 4789.28-2024 、GB 4789.11-2014		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		鲜红色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.20mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.26		7.3±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
微生物学要求	鉴定	特异性	36℃±1℃ 24h	金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	符合	菌落周围有β溶血环	金黄色菌落，菌落周围有明显β溶血环
				蜡样芽孢杆菌 CMCC 63303	符合	菌落周围有β溶血环	灰色大菌落，菌落周围有明显β溶血环
				β溶血性链球菌 ATCC 21059	符合	菌落周围有β溶血环	针尖状小菌落，菌落周围明显β溶血环
				单核细胞增生李斯特氏菌 ATCC 19115	符合	菌落周围有β溶血环	白色菌落，菌落周围有窄的β溶血环
				肺炎链球菌 CICC 25030	符合	菌落周围有α溶血环	菌落周围有α溶血环
				以下为空白			

检验：[Signature]
日期：2026.4.8

