无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号： 230705-02-01　　共 1 页，第 1 页

样品编号	230705-02-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	Baird-Park 琼脂平板	样品货号	SP002
样品批号	230705	检测日期	2023.7.6-7.8
检测依据	GB 4789.28-2013、YY/T 1239-2014、《中国药典》（2020 版）四部 通则 0631		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	淡黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑；	质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。
	琼脂厚度	3.15mm	大于 3mm
	凝胶强度*	适中	软硬适中
	pH 值*	7.05	7.0±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染
	备注：带*项目未纳入 CNAS 认可检测能力范围内。		

微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性计数	生长率	36 ℃ ± 1 ℃ 48h	金黄色葡萄球菌 ATCC25923	0.91	PR≥0.7	菌落黑色凸起，周围有一浑浊带，在其外层有一透明圈
		特异性		表皮葡萄球菌 CMCC（B）26069	—	—	黑色菌落，无浑浊带和透明圈
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	G=0	G≤1	—
				以下为空白			

检验：于佛佛　　复核：孙洁

日期：2023.7.8　　日期：2023.7.8

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章