

检测报告

报告编号：260415-01-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260415-01-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	Baird-Park 琼脂平板	样品货号	SP-002
样品批号	260415	检测日期	2026..4.16-4.18
检测依据	GB 4789.28-2024、YY/T 1239-2014、《中国药典》（2025 版）四部 通则 0631		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.20mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.06		7.0±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
选择性计数		生长率	36℃±1℃ 24h~48h	金黄色葡萄球菌 ATCC 25923	0.91	PR≥0.7	菌落黑色凸起，周围有一浑浊带，在其外层有一透明圈
		特异性		表皮葡萄球菌 CMCC (B) 26069	—	—	黑色菌落，无浑浊带和透明圈
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	G=0	G≤1	—
-----				-----			
以下为空白							

检验： 霍树明

日期： 2026.4.18

