无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号： 230810-02-01 共 1 页，第 1 页

样品编号	230810-02-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	甘露醇卵黄多粘菌素(MYP)琼脂平板	样品货号	SP005
样品批号	230810	检测日期	2023.8.15-8.17
检测依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	桔红色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑；	质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。
	琼脂厚度	3.16mm	大于 3mm
	凝胶强度	适中	软硬适中
	pH 值	7.26	7.3±0.1
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性计数	生长率	30 ℃ ± 2 ℃ 24h~48h	蜡样芽孢杆菌 CMCC（B）63303	0.87	PR≥0.5	菌落为微粉红色，周围有淡粉红色沉淀环
		特异性		枯草芽孢杆菌 ATCC 6633	—	—	黄色菌落，无沉淀环
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	G=0	G≤1	—
				以下为空白			

检验：

日期：2023.8.17

复核：

日期：2023.8.17

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章