

检测报告

报告编号：260506-01-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260506-01-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	甘露醇卵黄多粘菌素 (MYP) 琼脂平板	样品货号	SP005
样品批号	260506	检测日期	2026.5.7-5.9
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		桔红色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.20mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.36		7.3±0.1		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
		生长率		蜡样芽孢杆菌 CMCC (B) 63303	0.89	PR≥0.7	菌落为微粉红色， 周围有淡粉红色沉淀环
选择性计数		特异性	30℃±1℃ 24h~48h	枯草芽孢杆菌 ATCC 6633	—	—	黄色菌落，无沉淀环
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	G=0	G≤1	—
----- 以下为空白							

检验：陈伟

日期：2026.5.9

