检测报告

报告编号：231012-07-01　　共 1 页，第 1 页

样品编号	231012-07-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	BCYE 琼脂平板	产品货号	SP007
产品批号	231012	检测日期	2023.10.13-10.16
检测参考依据	ISO 11731:1998		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	黑色不透明平板，质地均匀无水珠和气泡，厚度均匀；平板表面平整，光滑；	质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。
	琼脂厚度	3.16mm	大于 3mm
	凝胶强度	适中	软硬适中
	pH 值	6.91	6.9±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无杂菌

	功能学分类	质控指标/方法	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
微生物学要求	选择性分离	生长率	36℃±1℃ 72h	嗜肺军团菌 ATCC 33152	0.89	PR≥0.5	灰白色菌落，边缘整齐，湿润，生长良好，稍突起有光泽
	----------			以下为空白			

检验：刘洁

日期：2023.10.16

复核：曹梅丽

日期：2023.10.16

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章