检测报告

报告编号：240323-01-01

样品编号	240323-01-01	**样品规格**	10 皿/包
样品名称	哥伦比亚 CNA 血琼脂平板	**样品货号**	SP008
样品批号	240323	**检测日期**	2024.3.26-3.27
检验参考	GB 4789.28-2013 、GB 4789.11-2014、YY/T 1239-2014		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	红色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑；	质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。
	琼脂厚度	3.15mm	大于 3mm
	凝胶强度	适中	软硬适中
	pH 值	7.41	7.3±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
微生物学要求	鉴定	特异性	36℃±1℃ 24h（厌氧）	β溶血性链球菌 ATCC 21059	灰白色菌落，半透明，边缘整齐，直径约 2～3mm，并产生β型溶血	—	—
				粪肠球菌 ATCC 29212	白色菌落	—	—
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	抑制	—	—
				以下为空白			

检验： 邹伟伟

日期： 2024.3.27

复核： 曹梦娟

日期： 2024.3.27

无锡赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章