

检测报告

报告编号：260603-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260603-03-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	哥伦比亚 CNA 血琼脂平板	样品货号	SP-008
样品批号	260603	检测日期	2026.6.4-6.5
检验参考	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		红色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.20mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.31		7.3±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
选择性分离		生长率	36℃±1℃ 24h (厌氧)	乙型溶血性链球菌 CMCC (B) 32210	0.88	PR≥0.5	灰白色圆形表面凸起边缘整齐的光滑半透明菌落，周围有β溶血环
		特异性		肺炎链球菌 CMCC (B) 33412	—	—	白色圆形凸起菌落，菌落周围有α溶血环
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	G≤1	—
-----							
以下为空白							

检验：9月月

日期：2026.6.5

