

检测报告

报告编号：260413-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260413-03-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	BCYE-CYS 琼脂平板	产品货号	SP-010
产品批号	260413	检测日期	2026.4.14-4.17
检测参考依据	ISO 11731:1998		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		黑色不透明平板，质地均匀无水珠和气泡，厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.22m		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		6.80		6.9±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无杂菌		
微生物学要求	功能学分类	质控指标/方法	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性分离	特异性	36℃±1℃ 72h	嗜肺军团菌 ATCC 33152	不生长	—	—
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	生长良好	—	白色菌落，无荧光

以下为空白							

检验：ykw

日期：2026.4.17

复核：曾静明

日期：2026.4.17

检测专用章