无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号：230517-02-01　　共 1 页，第 1 页

样品编号	230517-02-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐（XLD）琼脂平板	样品货号	SP011
样品批号	230517	检测日期	2023.5.18-5.19
检测依据	GB 4789.28-22013、YY/T 1239-2014、《中国药典》（2020 版）四部 通则 0631		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	红色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑；	质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。
	琼脂厚度	3.16mm	大于 3mm
	凝胶强度	适中	软硬适中
	pH 值	7.26	7.4±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性分离	生长率	36 ℃ ± 1 ℃ 18~24h	鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028	0.79	PR≥0.5	黑色菌落
				福氏志贺氏菌 CMCC（B）51572	0.86	PR≥0.5	无色菌落，无黑心
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	G＜5	黄色菌落
				金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	0	G≤1	—
	以下为空白						

检验：丁佛佛　　复核：孙经

日期：2023.5.19　　日期：2023.5.19

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章