

检测报告

报告编号：260506-01-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260506-01-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐（XLD）琼脂平板	样品货号	SP-011
样品批号	260506	检测日期	2026.5.7-5.8
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		红色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.19mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.36		7.4±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
生长率			36℃±1℃ 18~24h	肠沙门氏菌肠亚种 鼠伤寒血清型 ATCC 14028	1.10	PR≥0.5	黑色菌落
				福氏志贺氏菌 CMCC (B) 51572	0.87	PR≥0.5	无色菌落，无黑心
				金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	0	G≤1	—

以下为空白							

检验：7月7日

日期：2026.5.8

