

检测报告

报告编号：260420-01-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260420-01-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	亚硫酸铋琼脂（BS）平板	样品货号	SP013
样品批号	260420	检测日期	2026.4.21-4.23
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		黄绿色平板，有灰色沉淀颗粒，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.18mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.44		7.5±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
选择性分离		生长率	36℃±1℃ 40h~48h	肠沙门氏菌肠亚种 鼠伤寒血清型 ATCC 14028	0.86	PR≥0.5	黑色或灰绿色菌落，有金属光泽
				肠沙门氏菌肠亚种 伤寒血清型 CMCC (B) 50071	0.87	PR≥0.5	黑色菌落，有金属光泽
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	G≤1	—
				粪肠球菌 ATCC 29212	0	G≤1	—

以下为空白							

检验：[Signature]
日期：2026.4.23

