检测报告

报告编号： 240104-06-01　　**共 1 页，第 1 页**

样品编号	240104-06-01	**样品规格**	10 皿/包
样品名称	伊红美蓝琼脂（EMB）	**样品货号**	SP016
样品批号	240104	**检测日期**	2024.1.5-1.6
检测依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	暗红色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑；	质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。
	琼脂厚度	3.15mm	大于 3mm
	凝胶强度	适中	软硬适中
	pH 值	7.39	7.4±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
微生物学要求	选择性计数	生长率	36℃±1℃ 24h	大肠杆菌 ATCC25922	0.91	PR≥0.5	黑色菌落，具有金属光泽
		特异性		鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028	—	—	菌落呈无色，半透明
		选择性		金黄色葡萄球菌 ATCC6538	G=0	G＜5	—
				以下为空白			

检验： 郭伟伟

日期： 2024.1.6

复核： 崔芳丽

日期： 2024.1.6

无锡赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章