

检测报告

报告编号：260604-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260604-03-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	伊红美蓝琼脂（EMB）	样品货号	SP-016
样品批号	260604	检测日期	2026.6.5-6.6
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		暗红色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.20mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.11		7.1±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
	微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准
选择性分离		生长率	36℃±1℃ 18h~24h	大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0.91	PR≥0.5	黑色菌落，具有金属光泽
		特异性		肠沙门氏菌肠亚种 鼠伤寒血清型 ATCC 14028	—	—	菌落呈无色，半透明
		选择性		金黄色葡萄球菌 ATCC 6538	G=1	G<5	—

以下为空白							

检验：Y 伟伟
日期：2026.6.6

复核：曾博初
日期：检测专用章