无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号：230914-04-01　　共 1 页，第 1 页

样品编号	230914-04-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	PALCAM 琼脂平板	样品货号	SP019
样品批号	230914	检测日期	2023.9.19-9.21
检测依据	GB 4789.28-2013、YY/T 1239-2014、《中国药典》（2015 版）四部 通则 0631		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	红色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑；	质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。
	琼脂厚度	3.18mm	大于 3mm
	凝胶强度	适中	软硬适中
	pH 值	7.42	7.3±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性分离	生长率	36 ℃ ± 1 ℃ 40~48h	单增李斯特氏菌 ATCC19115	0.88	PR≥0.5	灰绿色菌落，周围培养基变黑
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	G≤1	—
				粪肠球菌 ATCC 29212	0	G≤1	—

以下为空白

检验：张佳佳　　复核：贾梦洞

日期：2023.9.21　　日期：2023.9.21

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章