

检测报告

报告编号：260203-03-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260203-03-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	PALCAM 琼脂平板	样品货号	SP-019
样品批号	260203	检测日期	2026.2.4-2.6
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		红色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.22mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.36		7.3±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性分离	生长率	36℃±1℃ 24h~48h	单核细胞增生李斯特氏菌 ATCC 19115	0.94	PR≥0.5	灰绿色菌落，中心凹陷黑色，周围有黑色
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0	G≤1	—
				粪肠球菌 ATCC 29212	0	G≤1	—
				以下为空白			

检验：霍梦桐

日期：2026.2.6

