无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号：230417-02-01　　共 1 页，第 1 页

样品编号	230417-02-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	胰酪胨大豆羊血琼脂（TSSB）平板	样品货号	SP021
样品批号	230417	检测日期	2023.4.18-4.19
检测依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	红色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑；	质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。
	琼脂厚度	3.15mm	大于 3mm
	凝胶强度	适中	软硬适中
	pH 值	7.25	7.2±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
微生物学要求	鉴定	特异性	30 ℃ ± 1 ℃ 24h	蜡样芽孢杆菌 CMCC63303	符合	菌落周围有β溶血环	灰色大菌落，菌落周围有明显β溶血环
				以下为空白			

检验：孙迪　　复核：[illegible]

日期：2023.4.19　　日期：2023.4.19

无锡赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章