

检测报告

报告编号：260425-05-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260425-05-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	胰酪胨大豆羊血琼脂（TSSB）平板	样品货号	SP-021
样品批号	260425	检测日期	2026.4.27- 4.28
检测依据	GB 4789.28-2024		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		红色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.21mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.25		7.2±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	鉴定	特异性	36℃±1℃ 24h±2h	蜡样芽孢杆菌 CMCC (B) 63303	符合	菌落周围有β溶血环	菌落周围有β溶血环
				肺炎链球菌 CMCC (B) 33412	符合	菌落周围有α溶血环	菌落周围有α溶血环
				-----			
	以下为空白						

检验：曾梦珂  
日期：2026.4.28

