

检测报告

报告编号：260526-02-01

共 1 页，第 1 页

样品编号	260526-02-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	胰酪大豆胨琼脂平板(含 TLH 中和剂)	样品货号	SP-036
样品批号	260526	检测日期	2026.5.27-5.28
检测依据	GB 4789.28-2024、YY/T 1239-2014		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测仅适用于收到的样品。

检测结果							
基本要求	检测项目		结果		参考范围		
	外观		淡黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡； 厚度均匀； 平板表面平整，光滑；		质地均匀、湿润，无水珠、气泡； 厚度均匀； 表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。		
	琼脂厚度		3.20mm		大于 3mm		
	凝胶强度		适中		软硬适中		
	pH 值		7.20		7.3±0.2		
	微生物污染		无杂菌生长		无污染		
微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	非选择性分离	生长率	36℃±1℃ 24h±2h	大肠埃希氏菌 ATCC 25922	0.97	PR≥0.7	——
				粪肠球菌 ATCC 29212	0.95	PR≥0.7	——
				以下为空白			

检验：Y伟伟
日期：2026.5.28

