无锡市赛微生物技术有限公司检测中心

检测报告

报告编号： 230309-04-01 共 1 页，第 1 页

样品编号	230309-04-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	沙门氏菌显色培养基平板	样品货号	SP105
样品批号	230309	检测日期	2023.3.14-3.15
检验依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	白色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑；	质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。
	琼脂厚度	3.15mm	大于 3mm
	凝胶强度	适中	软硬适中
	pH 值	7.28	7.2±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

微生物学要求	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
	选择性分离	生长率	36 ℃ ± 1 ℃ 24h	鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028	0.88	PR≥0.5	紫红色菌落
		特异性		奇异变形杆菌 CMCC（B）49005	—	—	无色菌落
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	—	—	部分或者全部抑制，不完全抑制的肠杆菌显蓝色
		选择性		粪大肠菌群 ATCC19493	G=0	G≤1	—
				以下为空白			

检验：张迪

日期：2023.3.15

复核：

日期：2023.3.15

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章