检测报告

报告编号：231211-03-01 **共 1 页，第 1 页**

样品编号	231211-03-01	**样品规格**	10 皿/包
样品名称	沙门氏菌显色培养基平板	**样品货号**	SP105
样品批号	231211	**检测日期**	2023.12.12-12.13
检验依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	白色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑；	质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。
	琼脂厚度	3.15mm	大于 3mm
	凝胶强度	适中	软硬适中
	pH 值	7.22	7.2±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
微生物学要求	选择性分离	生长率	36℃±1℃ 24h	鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028	0.89	PR≥0.5	紫红色菌落
		特异性		奇异变形杆菌 CMCC（B）49005	—	—	无色菌落
				大肠埃希氏菌 ATCC 25922	—	—	部分或者全部抑制，不完全抑制的肠杆菌显蓝色
		选择性		粪肠球菌 ATCC 29212	G=0	G≤1	—
	以下为空白						

检验： 皆梦羽

日期： 2023.12.13

复核：

日期： 2023.12.13

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章