检测报告

报告编号：240106-06-01

样品编号	240106-06-01	**样品规格**	10 皿/包
样品名称	李斯特氏菌显色培养基平板	**样品货号**	SP106
样品批号	240106	**检测日期**	2024.1.9-1.11
检验依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果只对来样负责。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	淡黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑，底层有沉淀；	质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。
	琼脂厚度	3.15mm	大于 3mm
	凝胶强度	适中	软硬适中
	pH 值	7.11	7.2±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
微生物学要求	选择性计数	生长率	36℃±1℃ 48h	单核细胞增生李斯特氏菌 ATCC 19115	0.95	PR≥0.5	蓝绿色菌落，有白色晕圈
		特异性		英诺克李斯特氏菌 ATCC 33090	—	—	蓝绿色菌落，无白色晕圈
				粪肠球菌 ATCC 29212	G=0	G≤1	—
		选择性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	G=0	G≤1	—
	以下为空白						

检测： 邹伟伟

日期： 2024.1.11

复核： 曹梦雨

日期： 2024.1.11

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章