检测报告

报告编号：240226-04-01

样品编号	240226-04-01	样品规格	10 皿/包
样品名称	大肠杆菌 0157 显色培养基平板	样品货号	SP109
样品批号	240226	检测日期	2024.2.26-2.27
检测依据	GB 4789.28-2013		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果仅适用于收到的样品。

检测结果

	检测项目	结果	参考范围
基本要求	外观	淡黄色平板，质地均匀，无水珠和气泡；厚度均匀；平板表面平整，光滑，底层有沉淀；	质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无突起，凹痕或裂痕。
	琼脂厚度	3.15mm	大于 3mm
	凝胶强度	适中	软硬适中
	pH 值	7.01	6.9±0.2
	微生物污染	无杂菌生长	无污染

	功能学分类	质控指标	培养条件	质控菌株	结果	评定标准	特征反应
微生物学要求	选择性计数	生长率	36℃±1℃ 24h	大肠埃希氏菌 0157：H7 ATCC 12900	0.77	PR≥0.5	淡紫色菌落
		特异性		大肠埃希氏菌 ATCC 25922	—	—	蓝色菌落
		选择性		粪肠球菌 ATCC 29212	G=0	G≤1	—
				奇异变形杆菌 CMCC（B）49005	G=0	G≤1	—
	以下为空白						

检验：宫梦雨

日期：2024.2.27

复核：

日期：2024.2.27

无锡市赛微生物技术有限公司检测中心 检测专用章