无锡市赛微生物技术有限公司检验中心

检测报告

报告编号： 240325-01-01

环境条件：温度 22 ℃ **相对湿度** 52 %

样品编号	240325-01-01	**样品规格**	10 皿/包
样品名称	胰酪大豆胨琼脂平板	**样品货号**	SP301
样品批号	240325	**检测日期**	2024.3.26- 3.29
检验依据	GB4789.28-2013，《中国药典》（2020 版）		

声明：根据客户要求完成检测结果，检测结果只对来样负责。

检测结果

检测项目	**结果**	**参考范围**
外观	固体	固体
色泽	淡黄色	淡黄色
均一性	均一，无杂质	良好
分装量	23ml	23±0.2ml
凝胶硬度	适中	软硬适中
pH 值	7.31	7.3±0.2
无菌性检查*	无菌生长	应无菌生长
最终灭菌方式	辐照灭菌	---

适用性检查

试验菌株	**培养条件**	**结果**	**参考范围**
大肠埃希氏菌 CMCC（B）44102	于 30～35℃培养 48h 计数	1.01	菌落回收率在 0.5～2 之间，且菌落形态、大小与对照一致
金黄色葡萄球菌 CMCC（B）26003		0.84	
枯草芽孢杆菌 CMCC（B）63501		0.72	
铜绿假单胞菌 CMCC（B）10104		0.90	
白色念珠菌 CMCC（F）98001	于 20～25℃培养 72h 计数	0.72	
黑曲霉 CMCC（F）98003		0.75	

*随机抽取 1%成品培养基，分别置于 20～25℃和 30～35℃培养后观察结果，所有平板无肉眼可见菌落记为无菌生长

以下空白

检验： 宣梦雨

日期： 2024.3.29

复核： [illegible]

日期： 2024.3.29

无锡市赛微生物技术有限公司检验中心 检测专用章